

ООО «Медупак»

Паспорт № 61

Пробка резиновая медицинская для укупоривания стеклянных бутылок,
стеклянных флаконов и пластиковых бутылок

Номер регистрационного удостоверения: **ФСР 2008/02055 от 19.02.2016г.**

Конструкция № 1

Наименование сырья (материала): ТРЕ-ВР 50089/100/9010/ NS

Номер серии сырья (материала) 01387-140621

Партия пробки № 610721

Количество, шт.: 74 000

Дата выработки: 07.2021 г.

Вид упаковки: мешки полиэтиленовые

Испытания проведены по ТУ 9398-001-96199383-2007 (изм № 1-6)

№	Наименование показателей	Требования нормативной документации	Данные испытания ОТК
1.	Размеры, мм	В соответствии с ТУ	Соответствует ТУ
2.	Плотность резины, г/см ³	(0,90 ± 0,02)	0,88
3.	Твердость резины по Шору, А, усл. ед.	(45 ± 5)	50
4.	Изменение величины рН водной вытяжки	± 1,00	- 0,09
5.	Перманганатная окисляемость водной вытяжки, мг О ₂ /100 см ² , не более	0,50	0,065
6.	Оптическая плотность водной вытяжки при длине волны 220 нм, ед. О.П., не более	0,300	0,0054
7.	Стойкость к полному циклу обработки	Должны выдерживать испытания	Выдерживает испытания
8.	Изменение цвета и отсутствие взвеси в препарате	Должны выдерживать испытания	Выдерживает испытания
9.	Внешний вид	В соответствии с ТУ	Соответствует ТУ
10.	Маркировка, упаковка	В соответствии с ТУ	Соответствует ТУ

Заключение: данная партия соответствует требованиям ТУ 9398-001-96199383-2007(изм. № 1-6)

Гарантийный срок годности пробок – 2 года

Начальник ОТК  И.И. Кобуловская

Начальник ЦПРП  В.И. Меншерыков

26.07 2021 г.

дата

26.07 2021 г.

дата

